

# STATIC LAB TESTER

**\*\* code 291B \*\***

Instrument suitable for checking the static electricity on garment fabrics, protective fabrics, fabrics for shoes and leather.

Measuring range  $10^5 - 10^{14}$  Ohm.

**Note:** the control of the static electricity has to be carried out by conditioning the fabric at  $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  temperature and  $25\% \pm 5\%$  relative humidity with the Climatest, code 1722, or code 1722C.



Apparecchio adatto per il controllo dell'elettricità statica presente sui tessuti di abbigliamento, tessuti protettivi, tessuti per calzature e pelle in genere. Range di misura  $10^5 - 10^{14}$  Ohm.

**Nota:** l'analisi di controllo dell'elettricità statica va eseguita condizionando il tessuto alla temperatura  $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  e umidità relativa  $25\% \pm 5\%$  con il Climatest, code 1722, o in alternativa code 1722C.

## Reference test methods / Norme di riferimento

UNI EN 1149-1, UNI EN 1149-2, UNI EN 16350, AATCC 76, DIN 54345-1\*

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL FEATURES
consolle elettronica per la lettura digitale dei valori di elettricità statica, Ohm	electronic console for the digital reading of static electricity values, Ohm
Elettrodi per i metodi di prova "surface" che "vertical"	Probes for both the "surface" and "vertical" modes
cavi di collegamento	connecting cables
Alimentazione elettrica: 230 V mono fase – 50/60 Hz	Power supply: 230 V single-phase – 50/60 Hz
Alimentazione elettrica: 115 V mono fase – 60 Hz	Power supply: 115 V single-phase – 60 Hz
Dimensioni (L x P x H): 500 x 300 x 300 mm	Dimensions (L x W x H): 500 x 300 x 300 mm
Peso netto: 5 kg	Net weight: 5 kg
OPTIONAL	OPTIONAL
Box di calibrazione Static Lab, code 291.2	Static Lab Calibration Unit, code 291.2

\*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.  
\*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.

# STATIC LAB TESTER

**\*\* code 291B \*\***

Rapporto di taratura Box di calibrazione, code 291.CC2	Calibration report of Calibration Unit, code 291.CC2
Climatest, code 1722	Climatest, code 1722
Climatest, code 1722C	Climatest, code 1722C
*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.	

\*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.  
\*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.